

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	河西学院附属张掖人民医院
拟采购产品名称	采购西门子 3.0T 核磁腹部柔性线圈项目
拟采购产品金额	150000.00 元
采购项目所属项目名称	河西学院附属张掖人民医院采购西门子 3.0T 核磁腹部柔性线圈项目
二、申请理由	
我院西门子 3.0T 磁共振设备腹部线圈故障，经医学装备办公室工程师检测，腹部线圈已达使用寿命，需进行更换。腹部线圈属磁共振重要配件，一旦损坏，会造成磁共振图像产生伪影，或磁共振设备严重损坏，烫伤病人等问题，会造成巨大损失。 鉴于此次采购的腹部线圈必须保证与磁共振设备精准的匹配，因此具有复杂性、专门性、特殊性的要求，且配件和更换服务只有西门子公司独家提供。为保障设备正常运转，按照《政府采购法》第三十一条，《政府采购法实施条例》第二十七条，《政府采购非招标采购方式管理办法》第四章之规定，该项目拟采取单一来源采购。 拟定的唯一供应商：西门子医疗系统有限公司	
三、专家论证意见	
采购项目西门子 3.0T 磁共振设备与原设备技术、功能、标准上保持绝对一致，更换供应商会导致不兼容、服务中断等风险，计算采购的金额应在原合同金额的 10% 以内，符合《政府采购法》第三十一条第（三）项的规定。采购人应进行公示且采购流程依规启动。综上，河西学院附属张掖人民医院采购西门子 3.0T 核磁腹部柔性线圈项目采用单一来源采购方式，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定，论证理由充分，程序合法。 专家签字：朱红 2025 年 9 月 3 日	

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	河西学院附属张掖人民医院
拟采购产品名称	采购西门子 3.0T 核磁腹部柔性线圈项目
拟采购产品金额	150000.00 元
采购项目所属项目名称	河西学院附属张掖人民医院采购西门子 3.0T 核磁腹部柔性线圈项目
二、申请理由	
我院西门子 3.0T 磁共振设备腹部线圈故障，经医学装备办公室工程师检测，腹部线圈已达使用寿命，需进行更换。腹部线圈属磁共振重要配件，一旦损坏，会造成磁共振图像产生伪影，或磁共振设备严重损坏，烫伤病人等问题，会造成巨大损失。 鉴于此次采购的腹部线圈必须保证与磁共振设备精准的匹配，因此具有复杂性、专门性、特殊性的要求，且配件和更换服务只有西门子公司独家提供。为保障设备正常运转，按照《政府采购法》第三十一条，《政府采购法实施条例》第二十七条，《政府采购非招标采购方式管理办法》第四章之规定，该项目拟采取单一来源采购。 拟定的唯一供应商：西门子医疗系统有限公司	
三、专家论证意见	
因河西学院附属张掖人民医院西门子 3.0T 磁共振设备腹部线圈已达使用寿命，需更换，配件和更换服务只有西门子公司独家提供，按照《政府采购法》第三十一条等依据，该项目可采取单一来源采购。 专家签字：张鸿雁 2025 年 9 月 3 日	

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	河西学院附属张掖人民医院
拟采购产品名称	采购西门子 3.0T 核磁腹部柔性线圈项目
拟采购产品金额	150000.00 元
采购项目所属项目名称	河西学院附属张掖人民医院采购西门子 3.0T 核磁腹部柔性线圈项目
二、申请理由	
我院西门子 3.0T 磁共振设备腹部线圈故障，经医学装备办公室工程师检测，腹部线圈已达使用寿命，需进行更换。腹部线圈属磁共振重要配件，一旦损坏，会造成磁共振图像产生伪影，或磁共振设备严重损坏，烫伤病人等问题，会造成巨大损失。 鉴于此次采购的腹部线圈必须保证与磁共振设备精准的匹配，因此具有复杂性、专门性、特殊性的要求，且配件和更换服务只有西门子公司独家提供。为保障设备正常运转，按照《政府采购法》第三十一条，《政府采购法实施条例》第二十七条，《政府采购非招标采购方式管理办法》第四章之规定，该项目拟采取单一来源采购。 拟定的唯一供应商：西门子医疗系统有限公司	
三、专家论证意见	
核磁共振腹部线圈是该设备的重要配件，为保证磁共振图像的质量，必须选择与设备精准匹配的原装配件，鉴于以上原因，按照政府采购有关规定，建议采取单一来源方式采购西门子公司供应的核磁腹部柔性线圈。 专家签字： 尚元书 2025 年 9 月 3 日	